

A Comissão Especial de Seleção, em Resposta aos ESCLARECIMENTOS ao Pregão Eletrônico nº 90032/2025, interposta pela empresa Biotron Equipamentos Médicos Ltda., inscrita no CNPJ 08.979.861/0001-75, vem se manifestar da seguinte forma:

A Empresa solicitante questiona o citado pregão eletrônico, através do seguinte requerimento:

“Será solicitado a instalação do ITEM 1 – AUTOCLAVE”?

“Também solicitamos esclarecimento no que tange ao treinamento referente a utilização das autoclaves para seus operadores”?

Resposta: O item 9.10 menciona o seguinte: os equipamentos que precisarem de instalação, ficará a cargo da empresa contratada, ou seja, é de responsabilidade da empresa interessada em realizar, bem como, verificar dada a suposta expertise, quais os itens terão necessidade de instalação. A realização de determinado estudo é de responsabilidade da solicitante.

Com referência ao questionamento sobre o treinamento, informamos que não haverá, pois o objeto do mencionado pregão restringe-se a aquisição de materiais.

Desta maneira, a Comissão Especial de Seleção atende os esclarecimentos formulados pela empresa Biotron Equipamentos Médicos Ltda., inscrita no CNPJ 08.979.861/0001-75 pelos fundamentos acima descritos.

No mais, renovamos protestos da mais elevada estima e distinta consideração.

Saquarema, 28 de maio de 2025.

Atenciosamente,

JOAO ALBERTO  
TEIXEIRA  
OLIVEIRA:  
47538821791

Assinado digitalmente por JOAO ALBERTO  
TEIXEIRA OLIVEIRA:47538821791  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado  
Digital PF A1, OU=Presencial,  
OU=19109359000120, OU=AC SyngularID  
Multipla, CN=JOAO ALBERTO TEIXEIRA  
OLIVEIRA:47538821791  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Foxit Reader Versão: 10.1.1

Assunto: **Pedido de Esclarecimento - PE 90032/2025**

De: <licitacoes@biotron.com.br>

Para: <licitacao@saquarema.rj.gov.br>

Data: 27/05/2025 16:33



Prezados, boa tarde,

A Biotron Equipamentos Médicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.979.861/0001-75, vem o através deste, solicitar esclarecimentos, quanto ao Pregão Eletrônico Nº 90032/2025:

Será solicitado a instalação do ITEM 1 – AUTOCLAVE? O questionamento anterior se dá ao fato de que as autoclaves com capacidade para até 21 litros, são equipamentos portáteis, ou seja, não necessitam de alteração no ambiente para a sua instalação e funcionamento.

Também solicitamos esclarecimento no que tange ao treinamento: será solicitado treinamento referente a utilização das autoclaves para seus operadores?

Ficamos no aguardo dos esclarecimentos solicitados, ao tempo em que nos colocamos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

**Maitê Moraes**

Licitações

licitacoes@biotron.com.br



(35) 3473-7000



www.biotron.com.br